



Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO Nº

474/2021



Fls. Nº 01
Proc. Nº 518/2021

FLUXO.

DISPÕE SOBRE SOLICITAÇÃO DE CATETER NASAL DE ALTO

Senhor Presidente,

Indico ao Sr. Chefe do Executivo, se digna sua excelência interceder junto à secretaria competente, para que estude a possibilidade de compra de cateter nasal de alto fluxo para os prontos socorros deste município.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 03 de Março de 2021.


Thiago Rodrigues Alves
Vereador

Câmara Municipal de Barueri
A Secretaria Legislativa por providenciar conforme pede a propositura
Em 20 de 04 de 2021
Presidente

Justificativa

Justifico a presente propositura considerando que este recurso de terapia para os pacientes em tratamento de Covid-19 trará eficácia na prevenção de intubação e reintubação de pacientes críticos em comparação com oxigenoterapia convencional ou ventilação não invasiva.

É uma ferramenta importante, pois a oxigenioterapia convencional tem o fluxo limitado a um máximo de 15l/m, valores manifestamente insuficientes na falência respiratória. Os aparelhos de Alto Fluxo ofertam até 60l/m e podem tratar o paciente com problema respiratório com maior conforto.

Certo de poder contar com a sua valiosa colaboração, desde já agradeço a atenção.

Nº - - - 15

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

04-MAR-2021 16:06 0103736 1/2

